

## Le patient répond-t-il?

- Secouer le patient par les épaules → Réponse?
- Poser la question au patient: «Est-ce que ça va?» → Réponse?

Réponse

Contrôles  
au besoin

Pas de réponse

## Appelle des secours

- Suisse .....144
- Europe .....112
- Canada/É.U ..911

- Tourner la victime sur le dos
- Hyperextension de la nuque et subluxation de la mâchoire

Observer la respiration

Respiration adéquate

Mettre le patient en **décubitus latéral**, tête en rotation vers le sol du côté du décubitus.

**Hosp**

Respiration inadéquate

## Préparer le défibrillateur automatique externe

### Commencer la RCR de suite: cycle de 30/2

- **30 compr. thoraciques** (rythme 100-120/min) puis:
- **2 insufflations rapides** (1 seconde par ventilation)  
Contrôler le soulèvement thoracique!
- Utiliser le défibrillateur dès que possible

### Après le choc (ou sans choc délivré) continuer la RCR «30/2»:

- 30 compressions/2 insufflations jusqu'à l'arrivée du personnel qualifié.
- Arrêter la RCR uniquement si le patient se réveille, ouvre les yeux ou bouge spontanément.

### Option «compression thoracique seule, sans ventilation»:

- Ind: • Personnes non entraînées pour une RCR/RCP  
• Personnes qui ne peuvent/veulent pas insuffler
- Att: • **100-120 compressions/min**

**Hosp**

Algorithme BLS [Adapté selon ERC Guidelines. Resuscitation 2015;95:202]

RCR Réanimation cardio-respiratoire (Canada); RCP Réanimation cardio-pulmonaire (Europe)

**Patient aréactif**

1. Appeler à l'aide et chercher un défibrillateur (**DEA** ou **DSA**)
2. Hyperextension de la nuque et sub-luxation de la mâchoire

**Appeler les secours**

- Suisse.....144
- Europe .....112
- Canada/É.U....911

**RCR jusqu'à l'arrivée du défibrillateur** (DEA ou DSA)  
Si DEA ou DSA de suite disponible, **délivrer 1 choc!**

**RCR cycle de 30/2**

- **30 compressions thoraciques à 100-120/min**  
puis:
- **2 insufflations rapides** (1 seconde par ventilation)



Circulation d'abord!

Brancher le défibrillateur

**Analyse du rythme cardiaque**

**Choc indiqué si:**

- Fibrillation ventriculaire
- Tachycardie ventriculaire sans pouls

**1 choc**

(minimiser les interruptions)

**Immédiatement reprise RCR 30/2**  
pendant 2 minutes

**Choc non indiqué si:**

- Activité électrique sans pouls
- Asystolie

**Immédiatement reprise RCR 30/2**  
pendant 2 minutes

- Analyser le rythme aux 2 minutes!  
Puis:
- **Continuer la RCR: 30/2** jusqu'à ce que le patient se réveille, ouvre les yeux ou bouge spontanément.

**Algorithme: Réanimation cardio-respiratoire de base & défibrillateur (DEA ou DSA)**

[Adapté selon ERC Guidelines. Resuscitation 2015;95:202]

DEA Défibrillateur externe automatique; DSA Défibrillateur semi-automatique externe;  
RCR Réanimation cardio-respiratoire (Canada); RCP Réanimation cardio-pulmonaire (Europe)